

地址：广州市天河区高唐软件园思成路3号首层  
电话：020-32955999（10线）；020-82169666（10线）  
邮箱：service@biuged.com

传真：020-32955818  
网址：www.biuged.com

## 仪器安装要求确认函

仪器名称	盐雾腐蚀试验箱	仪器型号	BGD 881
仪器外形尺寸 (mm/L×W×H)	1400*850*1200mm	仪器净重(KG)	
电源	220V 50HZ 10A	仪器最大功率	1.6 KW
安装要求项目		客户确认	备注
1. 安装区域净面积 $\geq 6m^2$ 的独立实验室内（确保实验室门尺寸能够让仪器进入）；实验室地面平整且室内无其它设备			
2. 仪器工作环境温度能长期保持 $22^{\circ}C \sim 30^{\circ}C$			
3. 仪器工作环境相对湿度能长期保持 $30\% \sim 80\%$			
4. 仪器工作环境无强电磁场，无高浓度粉尘及腐蚀性气体和易燃物			
5. 仪器工作环境无强烈气流，当周围空气需强制流动时，气流不应直接吹到箱体上			
6. 仪器工作环境无直接阳光照射和其他热源直接辐射			
7. 配备有供电回路、地线及空气断路器			
8. 配备有电压220V 50HZ 10A的插座			
9. 墙上要留有一个直径50mm排气孔			
10. 配备有排水系统；排水管道直径20mm以上且距地面高度不超过10cm，距设备安装位置距离不超过0.5米			

客户确认：

日期：

- 备注：
1. 请收到后尽快确认仪器拟安装的环境是否符合上述要求，并签字盖章回传
  2. 若用户的安装环境无法达到上述要求，我公司则有可能对仪器在免报期内发生的故障进行收费
  3. 只有收到此确认函后，我公司才会安排工程师上门安装调试
  4. 若对安装环境有任何疑问，请及时联系020-32955819 13380021608