

地址：广州市天河区高唐软件园思成路3号首层
电话：020-32955999（10线）；020-82169666（10线）
邮箱：service@biuged.com

传真：020-32955818
网址：www.biuged.com

仪器安装要求确认函

仪器名称	桌上荧光紫外老化试验箱	仪器型号	BGD 852
仪器外形尺寸 (mm/L×W×H)	930*460*630mm	仪器净重(KG)	72
电源	220V; 50HZ	仪器最大电流/功率	5.5A/1.2 KW
安装要求项目		客户确认	备注
1. 安装区域净面积 $\geq 6m^2$ 的实验室			
2. 仪器放置工作台尺寸 $\geq 1000mm \times 600mm$ (长×宽)			
3. 仪器放置工作台承重 $\geq 200KG$			
4. 仪器工作环境温度能长期保持 $22^{\circ}C \sim 30^{\circ}C$ (建议配备独立空调)			
5. 仪器工作环境相对湿度能长期保持 $30\% \sim 80\%$			
6. 仪器工作环境无强电磁场, 无高浓度粉尘及腐蚀性气体 (如安装了盐雾腐蚀箱) 和易燃物			
7. 配备有供电回路、地线及空气断路器			
8. 配备有220V 50HZ 10A的供电电源插座			
9. 推荐使用符合实验室3级用水 (电导率 $\leq 5us/cm$) 带压力的水源; 若无, 则需配备有供水管道及水阀; 且供水水压 $\geq 2.0kg/cm^2$; 电导率 $\leq 400us/cm$			
10. 配备有排水系统; 排水管道直径50mm以上且距地面高度不超过50cm, 距设备安装位置距离不超过1.5米			

客户确认:

日期:

- 备注:
1. 请收到后尽快确认仪器拟安装的环境是否符合上述要求, 并签字盖章回传
 2. 若用户的安装环境无法达到上述要求, 我公司则有可能对仪器在免保期内发生的故障进行收费
 3. 只有收到此确认函后, 我公司才会安排工程师上门安装调试
 4. 若对安装环境有任何疑问, 请及时联系020-32955819 13380021608 (谢工)