

设备维保表

设备名称		设备编号		运行时间	
客户名称		购入日期		维保日期	

编号	项目	检查结果及处理意见
1	箱体表面清洁及工作室内清洁	
2	触摸屏功能检查	
3	触摸屏显示参数检查（黑板温度、灯管温度、校准系数）	
4	线路检查（箱体接地、外接电源插座、电源插头及内部线	
5	滤光器表面检查及清洁	
6	黑板检查及清洁	
7	门接近开关功能检查	
8	急停开关功能检查	
9	灯管散热风机功能检查	
10	黑板散热风机功能检查	
11	U盘导出功能检查	
12	校准辐照度(0.51W/m ² @340nm)	
13	校准黑板温度(60℃)	

以上项目总共收费：**500元/次**（不含上门费用）

维保人员：

客户确认：

如需更换配件：

编号	配件名称	费用
1	氙灯灯管（含校准）	1500元/支
2	辐照度传感器（含校准）	1200元/个
3	黑板（含校准）	200元/个
4	滤光器（含校准）	1500元/块
5	黑板温度计（含校准）	100元/个
6	其它电器元件	另议

其它注意事项：

1. 定期校正辐照度（建议400小时）
2. 定期校正黑板温度计（建议1000小时）
3. 定期检查滤光器并更换（建议5000小时）
4. 定期检查黑板（若黑板色差值大于3.0即需要更换）