

透水性试验专用水泥板

说明：建筑内外墙用底漆或外墙涂料，均需检测涂层的24小时的透水性，标准规定，用于测试的底材需符合JC/T412.1-2006中NAF（无石棉）H（高密度）V级技术要求，且未涂漆试板24小时的初始透水性须大于4ml；另一方面，若底材的初始透水性过高，这也会显著影响涂层的最终的试验结果。虽然相关标准并未对此做任何上限要求，但为了保证透水性试验结果的重现性和可比性，最大限度排除因底材本身因素对结果的影响，标格达严格控制每一块专用于透水性试验的水泥板，确保其初始透水值为4ml~10ml之间。



订购信息

BGD 2216--透水性试验专用水泥板

(200mm × 150mm × 4~6mm; 100片/箱)